

Feuille, container,
sachet, ...
**j'emballe,
tu déballes...**

j'emballe, tu déballes...

● 2006

Théorie
Recommandation
CSH N°7848

AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

Conseil
supérieur d'hygiène

42 CONDITIONNEMENT

5.2. Matériaux et méthodes de conditionnement
5.2.1. Généralités

Si le mode de transport et de stockage ne protège pas suffisamment l'extérieur du conditionnement contre la contamination jusqu'au moment de l'ouverture, un double conditionnement doit être prévu.

Les objets pointus et tranchants à stériliser doivent être pourvus d'une protection supplémentaire s'il existe un risque d'endommager le conditionnement ou le matériel.

Revision 110
CSH N° 78

AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

Théorie

- 2006
- 2009

Recommandation
CSH N°7848

Norme EN 11607

AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

NF EN ISO 11607-1
AOÛT 2009

3.10 système d'emballage
combinaison du système de barrière stérile et de l'emballage de protection

3.22 système de barrière stérile
emballage minimal qui empêche la pénétration des micro-organismes et permet la présentation aseptique du produit au point d'utilisation

3.13 emballage de protection
configuration de matériaux conçue pour éviter tout dommage au système de barrière stérile et à son contenu depuis leur assemblage jusqu'au point d'utilisation

AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

Théorie

- 2006
- 2009
- 2010

Recommandation CSH N°7848

Norme EN 11607

Check liste


AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

Liste de contrôle de la sécurité chirurgicale (EDITION 2010)

Avant induction de l'anesthésie <small>(avec au moins l'infirmier(ère) et l'anesthésiste)</small>	Avant incision de la peau <small>(avec l'infirmier(ère), l'anesthésiste et le chirurgien)</small>	Avant que le patient ne quitte la salle d'opération <small>(avec l'infirmier(ère), l'anesthésiste et le chirurgien)</small>
<p>Le patient a-t-il confirmé son identité, le site, l'intervention et son consentement ? <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>Le site de l'intervention est-il marqué ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Sans objet</p> <p>Le matériel, les médicaments et les produits d'anesthésie ont-ils été vérifiés ? <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>L'oxymètre de pouls est-il en place et en état de marche ? <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>Le patient présente-t-il : une allergie connue ? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>un risque d'intubation difficile ou un risque d'inhalation ? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui, et équipement/assistance disponibles</p> <p>un risque de perte sanguine >500ml (ou 7ml/kg en pédiatrie) ? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui, voies IV/voie centrale et des liquides sont prévus</p>	<p>Confirmer que les membres de l'équipe se sont tous présentés en précisant leurs nom et fonction(s) <input type="checkbox"/> Confirmer le nom du patient, l'intervention et le site de l'incision</p> <p>Une prophylaxie antibiotique a-t-elle été administrée au cours des 60 dernières minutes ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Sans objet</p> <p>Anticipation d'évènements critiques</p> <p>Pour le chirurgien : <input type="checkbox"/> Quelles seront les étapes critiques ou inhabituelles ? <input type="checkbox"/> Quelle sera la durée de l'intervention ? <input type="checkbox"/> Quelle est la perte sanguine anticipée ?</p> <p>Pour l'anesthésiste : <input type="checkbox"/> Le patient présente-t-il un problème particulier ?</p> <p>Pour l'équipe infirmière : <input type="checkbox"/> La stérilité a-t-elle été confirmée (avec les résultats des indicateurs) ? <input type="checkbox"/> Y'a-t-il des dysfonctionnements matériels ou autres problèmes ?</p> <p>Les documents d'imagerie essentiels sont-ils disponibles en salle ? <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Sans objet</p>	<p>L'infirmier(ère) confirme oralement : <input type="checkbox"/> Le type d'intervention <input type="checkbox"/> Que le décompte final des instruments, des compresses et des aiguilles a été effectué <input type="checkbox"/> Que les prélèvements sont étiquetés (lecture à haute voix des étiquettes, avec le nom du patient) <input type="checkbox"/> S'il y a des dysfonctionnements matériels à résoudre</p> <p>Pour le chirurgien, l'anesthésiste et l'infirmier(ère) <input type="checkbox"/> Les principales préoccupations relatives au réveil et à la prise en charge postopératoire du patient sont notées</p>

Cette liste de contrôle ne vise pas à être exhaustive. Les adjonctions et les modifications pour l'adapter à la pratique locale sont encouragées.
 Source: the WHO Surgical Safety Checklist, version 2009, URL: <http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/fr>, © World Health Organization 2009.



 AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

Le patient présente-t-il un problème particulier ?

Pour l'équipe infirmière :

La stérilité a-t-elle été confirmée (avec les résultats des indicateurs) ?

Y'a-t-il des dysfonctionnements matériels ou autres problèmes ?

Les documents d'imagerie essentiels sont-ils disponibles en salle ?

Oui
 Sans objet

AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

- 2006
- 2009
- 2010
- 2013

Théorie

Recommandation CSH N°7848

Norme EN 11607

Check list

Recommandations CSS N°8573

AFISQ - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

Conseil Supérieur de la Santé

RECOMMANDATIONS POUR LA PRÉVENTION DES INFECTIONS POST-OPÉRATOIRES AU SEN DU QUARTIER OPÉRATOIRE


MARS 2013
CSS N° 8573

AFISQ - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

On définit trois types d'emballage du matériel: l'emballage primaire, secondaire et tertiaire correspondant à l'emballage intérieur, intermédiaire et extérieur.

Figure 1: les trois types d'emballage du matériel à destination du quartier opératoire.




Remarque: l'emballage tertiaire peut être constitué de plusieurs couches.

AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

Pratique

Parmi tous ces produits d'emballage, Lequel est le meilleur?





j'emballe, tu déballes...

Pratique

Dispositif médical



j'emballe, tu déballes...

Pratique

Dispositif médical
Mode de stérilisation



j'emballe, tu déballes...

Pratique

Dispositif médical
Mode de stérilisation
Conditions de stockage et de transport



j'emballe, tu déballes...

Pratique

Dispositif médical
Mode de stérilisation
Conditions de stockage
Formation du personnel

- Stérilisation
- Logistique
- Infirmier.

j'emballe, tu déballes...

Feuilles :

- Emballage
- Protection
- Stockage
- Ruptures
- Déchets

Sachets :

- Emballage
- Matériel de fermeture et sa validation
- Protection
- Ruptures
- Déchets

Containers

- Achat
- Maintenance préventive
- Lavage, désinfection
- Main d'oeuvre
- Consommables

- Dispositif médical
- Mode de stérilisation
- Conditions de stockage
- Formation du personnel
- Infirmier
- Logistique
- Stérilisation
- **Coûts**

j'emballe, tu déballes...

Pratique

Dispositif médical
 Mode de stérilisation
 Conditions de stockage
 Formation du personnel

- Infirmier
- Logistique
- Stérilisation

Coûts

Sécurité

- Du dispositif médical

j'emballe, tu déballes...





AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014



j'emballe, tu déballes...



j'emballe, tu déballes...





j'emballe, tu déballes...

Pratique

Dispositif médical
Mode de stérilisation
Conditions de stockage
Formation du personnel


- Infirmier
- Logistique
- Stérilisation

Coûts

Sécurité


- Du dispositif médical
- **Du personnel**

j'emballe, tu déballes...






AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014





AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide features a photograph of a healthcare worker in a light blue gown and cap, carrying a metal tray with a blue container. The worker is standing in a hallway. To the right of the photo is a large white rectangular area with a thin green horizontal line at the bottom. The text 'AFISO - CEME - 21 mars 2014' is located at the bottom right of this white area.

J'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide features a photograph of a healthcare worker in blue scrubs and cap, carrying a metal tray with a blue container. The worker is standing in a hallway. Above the photo is a dark grey horizontal bar with the text 'J'emballe, tu déballes...'. To the right of the photo is a large white rectangular area with a thin green horizontal line at the bottom. The text 'AFISO - CEME - 21 mars 2014' is located at the bottom right of this white area.

j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide features a photograph of a healthcare worker in blue scrubs and a cap, holding a metal tray with blue linens. The text 'j'emballe, tu déballes...' is at the top, and 'AFISO - CEME - 21 mars 2014' is at the bottom.

j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide is identical to the one above, showing a healthcare worker in blue scrubs and a cap holding a metal tray with blue linens. The text 'j'emballe, tu déballes...' is at the top, and 'AFISO - CEME - 21 mars 2014' is at the bottom.

j'emballe, tu déballe...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide features a photograph of a healthcare worker in blue scrubs and a cap, holding a metal tray with three blue packages. The text 'j'emballe, tu déballe...' is at the top, and 'AFISO - CEME - 21 mars 2014' is at the bottom.

j'emballe, tu déballe...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide is identical to the one above, showing a healthcare worker holding a tray with three blue packages. The text 'j'emballe, tu déballe...' is at the top, and 'AFISO - CEME - 21 mars 2014' is at the bottom.

j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide features a photograph of a healthcare worker in blue scrubs and a cap, carrying a metal cart with multiple trays of blue linens. The worker is walking away from the camera in a hallway. The slide has a green textured background and a dark grey header with the text 'j'emballe, tu déballes...'. The footer contains the text 'AFISO - CEME - 21 mars 2014'.


j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

This slide features a photograph of a healthcare worker in blue scrubs and a cap, standing in a hallway and looking at a metal cart with blue linens. The worker is facing the camera. The slide has a green textured background and a dark grey header with the text 'j'emballe, tu déballes...'. The footer contains the text 'AFISO - CEME - 21 mars 2014'.

j'emballe, tu déballes...




AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...




AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...



AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...

- Stérilité
 - Etat stérile
 - Indicateurs
 - Péréemption
- Intégrité de l'emballage
 - délais de remplacement
 - Stock disponible
 - Criticité du matériel
 - Coût

Contrôles

AFISO - CEME - 21 mars 2014

j'emballe, tu déballes...



Conclusion

Parmi tous ces produits d'emballage, Lequel est le meilleur?



j'emballe, tu déballes...

Conclusion

Réflexion
Dialogue
Procédure
Vigilance
Responsabilisation